

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESÓW WAŻNOŚCI ORAZ DOWODÓW LEGALIZACJI WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

Okres ważności pierwszej legalizacji WE (oceny zgodności) wag nieautomatycznych liczy się w latach wg rocznika dokonania oceny zgodności (dwie ostatnie cyfry roku obok znaku CE na tabliczce firmowej wagi). Obecnie okres ten **kończy się po 3 latach licząc od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji WE** (oceny zgodności).


Podstawa prawna: Art.8kust. 2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu lub użytkowania począwszy od dnia 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności **powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy:**

- 1) **do 31 grudnia 2007 r.** - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;
- 2) **do 31 grudnia 2008 r.** - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
- 3) **do 31 grudnia 2009 r.** - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 6 stycznia 2007 r.

Podstawa prawna: Art.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834).


- 4) **po 3 latach** licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności, gdy zostały wprowadzone do obrotu po dniu 7 stycznia 2007 r.



Oznakowanie CE naniesione na wagę, która została poddana ocenie zgodności (legalizacji WE) zawiera: znak CE, dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, numer jednostki notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE oraz zieloną kwadratową nalepkę z nadrukowaną dużą czarną literą "M". (Patrz zdjęcie nr 1)

Okres ważności legalizacji ponownych, po dokonaniu oceny zgodności, określany jest w miesiącach i **wynosi 25 miesięcy** licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana.

Podstawa prawna: § 27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).



Cecha legalizacji ponownej naklejona na tabliczce firmowej wagi składa się z: cechy identyfikującej urząd miar, który przeprowadził legalizację oraz cech rocznej - dwie cyfry arabskie i miesięcznej - cyfra rzymska. (Patrz zdjęcie nr 2)

Cechy zabezpieczające przed dostępem do wnętrza wagi osób nieuprawnionych są umieszczane w miejscach wskazanych w decyzji zatwierdzenia typu lub certyfikacie zatwierdzenia typu WE.

Podstawa prawna: § 37 pkt 2 b i c Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Cechę zabezpieczającą stanowią (między innymi):

- cecha identyfikująca urząd miar, który przeprowadził legalizację (Patrz zdjęcie nr 3) lub
- zaciśnięta na drucie plomba ołowiana z odcisniętymi pieczęciami identyfikującymi urząd miar i inspektora, który przeprowadził legalizację (Patrz zdjęcie nr 4) lub
- plomba z ołowiu lub modeliny z odcisniętą pieczęcią identyfikującą urząd miar, który przeprowadził legalizację (Patrz zdjęcie nr 5).